

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2600040920001 号
Certificate No.

送检单位
Applicant

新疆国华新材料科技有限公司塔城分公司

计量器具名称
Name of Instrument

电子汽车衡

型号 / 规格
Model / Specification

TCS-150

出厂编号
Serial No.

2014142

制造单位
Manufacturer

乌鲁木齐鑫特多电子衡器厂

检定依据
Verification Regulation

JJG539-2016《数字指示秤》

检定结论
Conclusion

合格

批准人
Approved by

葛以强

核验员
Inspected by

赵金五

检定员
Verified by

解小凡



检定日期
Verification Date

2026 年 9 月 17 日
Y M D

有效期至
Valid until

2027 年 9 月 16 日
Y M D

计量检定机构授权证书号:

Autorization Certificate No.:

(塔)法计(2025)县级5号

地址:

裕民县塔斯特东路12号
Address:

电话(Tel): 0901-6528757

传真(Fax):

邮编(Post): 834800

EMAIL:



扫描全能王 创建

证书编号: 2600040920001 号

第 2 页 共 3 页

本次检定使用的计量标准:

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
非自动衡器检定装置	1mg-102t	M ₁ 等级	[2008]塔量标裕证字第003号	2029.01.18

本次检定使用的主要标准器:

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
砝码	(1-18) t	M ₁ 等级	LM字26020584号	2027.08.21
砝码	(1-10) kg	M ₁ 等级	2600040001422	2027.07.13
砝码	20kg-84t	M ₁ 等级	2600040001426	2027.07.13

检定的地点、环境条件:

地点	温度	相对湿度
现场	21.0℃	26%



检 定 结 果

最大称量: 150t		检定分度值e:20kg	
检定项目	检定结果	要求	
通用技术要求的检查	计量的安全性 (合格)	秤不应具有易于做欺骗性使用的特性, 在明显易见位置应注明“本秤不具备欺骗性使用的特性”的字样	
	扩展指示装置 (不适用)	/	
	多指示装置 (合格)	数字指示装置、打印机或显示屏显示的示值之差应为零	
	计量法制标识和计量器具标识 (合格)	秤应有铭牌和检定合格标志且标识内容有: 制造计量器具许可证标志和编号、制造厂名称、准确度等级、最大称量、最小称量、检定分度值等。	
置零准确度及去皮准确度		合格	不大于 $\pm 0.25e$
称量	$20e \leq m \leq 500e$	合格	不大于 $\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	不大于 $\pm 1.0e$
	$2000e < m \leq 7500e$	合格	不大于 $\pm 1.5e$
去皮后称量	$20e \leq m \leq 500e$	合格	不大于 $\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	不大于 $\pm 1.0e$
	$2000e < m \leq 6250e$	合格	不大于 $\pm 1.5e$
重复性		合格	不大于 $1.0e$
偏载		合格	同一载荷在不同位置的示值误差应不超过该载荷下最大允许误差
旋转		/	/
鉴别阈		合格	在秤的平衡位置施加 $1.4d$ 的附加载荷, 此时秤的示值应发生明显的改变

以下空白

- 注: 1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效;
 2. 本证书未加盖检定专用章无效;
 3. 下次检定时请携带 (出示) 此证书。

未经授权, 不得部分复印本证书

